

|   |                |  |           |            |
|---|----------------|--|-----------|------------|
| LNDD  | ENREGISTREMENT |  | Code :    | E-FCR-04B  |
|   |                |  | Version : | E          |
|   |                |  | Date :    | 29/05/2006 |
|   |                |  | Page :    | 1/1        |
| FICHE D'ANALYSE / RESULTAT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E |                |  |           |            |

Paraphe : *nc*

Echantillon : 178/07 995474 Dilution : 1 / 1

Ion de quantification Testo et Epitesto : 432 Ion de quantification SI : 301

Concentration de la référence 1 : Testosterone: 30 Epitestosterone : 5 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 2 : Testosterone: 180 Epitestosterone : 30 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 3 : Testosterone: 360 Epitestosterone : 60 T/E théorique : 6

| Fichier        | Surface du SI | Surface Testosterone | Surface Epitestosterone |
|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| REF1<br>REF1TE | 5915926       | 1557516              | 234336                  |
| REF2<br>REF2TE | 4981326       | 7052377              | 1211449                 |
| REF3<br>REF3TE | 5130998       | 17023691             | 2929592                 |
| 17807474       | 6399496       | 3513238              | 307234                  |

**RESULTAT DE L'ECHANTILLON**

|                | Concentration Testosterone | Concentration Epitestosterone | Rapport T/E en surface |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Valeur obtenue | 61,4 ng/mL                 | 5,2 ng/mL                     |                        |
| Valeur finale  | 61,4 ng/mL                 | 5,2 ng/mL                     | 11,4                   |

**Partie à remplir par le responsable**

Seuil de déclaration du rapport T/E ( en surface ) : 4

Incertitude ( liée à la méthode ) pour le rapport T/E : 30% pour l'Epitestosterone : 30% pour la Testosterone : 20%

Valeur basse du rapport T/E : 8

Résultat : Anormal :

Valeur haute du rapport T/E : 14,8

Inclassable :

Négatif :

**Correction des concentrations en Testosterone et Epitestosterone par la densité (cf doc E-INC-03) :**

|  |       |                     |
|--|-------|---------------------|
| Densité affichée                         | 1,025 | PARAPHE<br><i>E</i> |
| Numéro du réfractomètre                  | 2     |                     |
| Densité corrigée :                       | 1,025 |                     |
| Facteur de correction                    | 0,74  |                     |
| Concentration corrigée de Testosterone   | 45,4  |                     |
| Concentration corrigée d'Epitestosterone | 3,9   |                     |

Ecart n° :

*Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation*